



Società certificata UNI EN ISO 9001:2008  
per sviluppo Firmware e Software

UNI EN ISO 9001:2008 certified  
for Firmware and Software development

## Certificato di calibrazione Calibration Certificate

**Strumento / Instrument :** Data Logger di temperatura. Temperature Data Logger  
**Costruttore / Manufacturer :**  
**Modello / Model :** SterilDisk  
**Numero di serie / Serial Number :** 1001003742 : DE-1A-AA-3B-[01-00-00-FF]

Temperatura di riferimento Reference Temperature °C	Temperatura calibrata Calibrated temperature °C	Scostamento dal riferimento Error °C
24,56	24,56	0,00
49,66	49,66	0,00
74,83	74,83	0,00
98,99	98,99	0,00
125,07	125,07	0,00

**Stampato in data / Printed on :** 15/01/2014  
**Data di calibrazione / Calibration date :** 15/01/2014      **Validità / Validity :** 15/01/2015  
**Bagno termostatico / Thermostatic bath :** Wika Cryostatic bath model CBT9430  
**Termometro campione / Reference Thermometer :** Platinum Thermo resistance Tersid, S/N 1, connected to  
multimeter:  
HP34401A, S/N 3146A52261, with Calibration Certificate LAT  
169 0563/13 issued by LAT N.169 of 10/04/13  
**Incertezza del sistema di calibrazione / Error of the calibration system :** 0,1 °C

**Il Tecnico / The Operator :** Raffaele Cuoco